



送信器名称 CH番号	ミクツカ*室1冷蔵庫③ CHI	準備室1冷蔵庫③(新) CHI	準備室1冷蔵庫 CHI	準備室1冷蔵庫② CHI	調剤室治験冷蔵庫③(新) CHI	調剤室治験冷蔵庫② CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2976	2976	2976	2976	2976	2976
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	5.1	5.2	5.9	5.7	5.1	5.9
最低値	4.0	4.0	2.8	4.5	1.8	2.9
平均値	4.3	4.4	4.5	5.0	3.6	3.5