



送信器名称 GH番号	ミキシング室1冷蔵庫①新 CHI	ミキシング室1恒温槽② CHI	ミキシング室1恒温槽③ CHI	調剤室治験冷蔵庫④(新) CHI	調剤室治験冷蔵庫⑤新 CHI	調剤室治験冷蔵庫⑥ CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2976	2976	2976	2976	2976	2976
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	23.9	20.1	20.3	20.9	21.4	21.5
最低値	23.1	19.4	19.4	18.7	19.0	19.7
平均値	23.5	19.8	19.9	20.2	20.7	20.7