



| 送信器名称 GH番号 | 治験薬保管室冷蔵庫A GH | ミキシング室1冷蔵庫② GH | ミキシング室1冷蔵庫③新 GH | ミキシング室1冷蔵庫④ GH | ミキシング室1冷蔵庫⑤ GH | ミキシング室1冷蔵庫⑥新 GH |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| 収録データ数 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 |
| 欠損データ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 測定間隔 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 |
| 最高値 | 6.9 | 4.4 | 3.6 | 5.4 | 4.5 | 4.8 |
| 最低値 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 4.0 | 3.4 | 3.6 |
| 平均値 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 4.7 | 3.9 | 3.8 |