



送信器名称 GH番号	治験薬保管室冷蔵庫A GH	ミキシング室1冷蔵庫② GH	ミキシング室1冷蔵庫③新 GH	ミキシング室1冷蔵庫④ GH	ミキシング室1冷蔵庫⑤ GH	ミキシング室1冷蔵庫⑥新 GH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2976	2976	2976	2976	2976	2976
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	6.4	4.7	3.7	5.9	5.1	4.6
最低値	3.5	3.0	3.1	4.5	4.0	3.4
平均値	4.9	3.8	3.4	5.2	4.4	3.7