

○ 麻酔器モニター表示画像

●の箇所は事故の経緯を検証するために参考になっている箇所で、表示時間に12分を加えた時間が手術室時間と一致する。

warning	time	HR/pulse	NiBP/mmHg sys / m / dia	SpO ₂	et CO ₂	MV	O ₂ Fi/Fet	AGas Fi/Fet	PAW peak/Peep
	08:07				mmHg			Sevoflurane	
	08:10	--		--	--	6.3	INOP/INOP	-- / --	11 / 0
	08:15	--		--	--	6.3	INOP/INOP	-- / --	11 / 0
	08:20	--		--	CAL	6.2	INOP/INOP	CAL / CAL	11 / 0
	08:25	--		--	--	6.5	INOP/INOP	-- / --	10 / 0
	08:30	--		--	--	6.4	INOP/INOP	-- / --	11 / 0
	08:35	--		--	--	6.3	INOP/INOP	-- / --	11 / 0
APNEA PRES	08:37	--		--	--	6.3	INOP/INOP	-- / --	11 / 0
APNEA VOL	08:37	--		--	--	6.0	INOP/INOP	-- / --	11 / 0
	08:40	--		--	--	4.2	INOP/INOP	-- / --	1 / 0
APNEA PRES	08:44	--		--	35	5.1	INOP/INOP	0.0/ 0.0	2 / 0
	08:45	--		--	11	3.8	INOP/INOP	0.0/ 0.0	2 / 0
APNEA PRES	08:45	--		--	11	3.8	INOP/INOP	0.0/ 0.0	2 / 0
APNEA CO2	08:45	--		--	--	4.2	INOP/INOP	-- / --	2 / 0
APNEA PRES	08:47	--		--	16	4.9	INOP/INOP	0.0/ 0.0	2 / 0
APNEA CO2	08:47	--		--	--	4.2	INOP/INOP	-- / --	2 / 0
APNEA PRES	08:48	--		--	36	7.2	INOP/INOP	0.0/ 0.0	19 / 6
APNEA VOL	08:48	--		--	36	7.2	INOP/INOP	0.0/ 0.0	19 / 6
APNEA CO2	08:48	--		--	--	2.4	INOP/INOP	-- / --	-- / --
	08:50	--		--	35	7.2	INOP/INOP	0.0/ 0.0	17 / 1
	08:55	--		--	28	7.1	INOP/INOP	0.0/ 0.0	18 / 1
	09:00	--		--	27	7.0	INOP/INOP	0.0/ 0.0	17 / 1
	09:05	--		--	--	3.5	INOP/INOP	-- / --	0 / 0
APNEA CO2	09:05	--		--	--	3.5	INOP/INOP	-- / --	0 / 0
	09:10	--		--	--	3.5	INOP/INOP	-- / --	0 / 0
APNEA CO2	09:16	--		--	--	3.4	INOP/INOP	-- / --	0 / 0
APNEA CO2	09:19	--		--	--	3.4	INOP/INOP	-- / --	0 / 0
	09:20	--		--	17	3.5	INOP/INOP	0.0/ 0.0	0 / 0
APNEA CO2	09:21	--		--	--	3.5	INOP/INOP	-- / --	0 / 0
	09:25	--		--	15	8.1	INOP/INOP	0.0/ 0.0	25 / 1
	09:30	--		--	24	7.5	INOP/INOP	0.0/ 0.0	18 / 1
PAW HIGH	09:32	--		--	8	13.6	INOP/INOP	0.0/ 0.0	15 / 15
PAW HIGH	09:34	--		--	9	2.8	INOP/INOP	0.0/ 0.0	40 / 9
	09:35	--		--	21	18.2	INOP/INOP	0.0/ 0.0	41 / 15
	09:40	--		--	15	9.3	INOP/INOP	0.0/ 0.0	17 / 1
	09:45	--		--	29	12.9	INOP/INOP	0.0/ 0.0	27 / 1