



送信器名称 GH番号	治験薬保管室冷蔵庫A CHI	ミキシング室1冷蔵庫② CHI	ミキシング室1冷蔵庫③新 CHI	ミキシング室1冷蔵庫⑤ CHI	ミキシング室1冷蔵庫⑥ CHI	ミキシング室1冷蔵庫⑦新 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2976	2976	2976	2976	2976	2976
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	6.3	4.5	3.8	5.2	5.4	6.6
最低値	3.4	2.6	3.3	4.0	3.8	3.4
平均値	4.8	3.6	3.6	4.6	4.3	3.7