



送信器名称 GH番号	ミツツカ室1冷蔵庫③ GH	準備室1冷蔵庫③(新) GH	準備室1冷蔵庫 GH	準備室1冷蔵庫② GH	調剤室治験冷蔵庫③(新) GH	調剤室治験冷蔵庫② GH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2976	2976	2976	2976	2976	2976
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	4.9	5.0	5.0	6.8	5.7	4.6
最低値	3.7	4.0	2.3	4.5	2.8	2.7
平均値	4.1	4.5	3.9	5.0	4.5	3.6