



送信器名称 GH番号	ミキツカ室1冷蔵庫③ CHI	準備室1冷蔵庫③(新) CHI	準備室1冷蔵庫 CHI	準備室1冷蔵庫② CHI	調剤室治験冷蔵庫③(新) CHI	調剤室治験冷蔵庫② CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2880	2880	2880	2880	2880	2880
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	4.7	5.1	5.2	5.7	6.2	4.6
最低値	3.8	3.8	2.6	4.6	1.8	2.8
平均値	4.1	4.3	4.3	5.0	3.2	3.7