



送信器名称 CH番号	ミキツカ室1冷蔵庫③ CHI	準備室1冷蔵庫③(新) CHI	準備室1冷蔵庫 CHI	準備室1冷蔵庫② CHI	調剤室治験冷蔵庫②(新) CHI	調剤室治験冷蔵庫③ CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2976	2976	2976	2976	2976	2976
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	5.2	4.8	5.3	5.6	5.1	4.2
最低値	3.8	4.0	2.9	4.5	2.7	3.0
平均値	4.1	4.4	4.0	5.0	3.4	3.6