



送信器名称 GH番号	治験薬保管室冷蔵庫A GH	ミキシング室1冷蔵庫① GH	ミキシング室1冷蔵庫②新 GH	ミキシング室1冷蔵庫③ GH	ミキシング室1冷蔵庫④ GH	ミキシング室1冷蔵庫⑤新 GH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2784	2784	2784	2784	2784	2784
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	6.4	4.6	3.8	6.3	5.1	4.9
最低値	3.3	2.7	3.3	4.7	4.0	3.1
平均値	4.8	3.8	3.6	5.6	4.5	3.5