



送信器名称 GH番号	治験薬保管室冷蔵庫A GHI	ミキシング室1冷蔵庫② GHI	ミキシング室1冷蔵庫③新 GHI	ミキシング室1冷蔵庫⑤ GHI	ミキシング室1冷蔵庫⑥ GHI	ミキシング室1冷蔵庫⑦新 GHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2976	2976	2976	2976	2976	2976
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	6.3	4.7	3.7	6.3	5.4	4.3
最低値	2.9	3.0	3.2	5.3	4.4	2.9
平均値	4.7	3.9	3.5	5.8	5.0	3.3