



送信器名称 GH番号	ミキツカ室1冷蔵庫③ GH	準備室1冷蔵庫③(新) GH	準備室1冷蔵庫 GH	準備室1冷蔵庫② GH	調剤室治験冷蔵庫③(新) GH	調剤室治験冷蔵庫② GH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2976	2976	2976	2976	2976	2976
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	5.0	4.7	5.2	5.7	6.9	4.4
最低値	4.1	3.9	3.5	4.3	5.3	2.4
平均値	4.3	4.4	4.3	4.8	6.0	3.3