



送信器名称 GH番号	ミキシング室1冷蔵庫の GH	調剤室治験冷蔵庫の GH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃
収録データ数	2880	2880
欠損データ数	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00
最高値	5.5	5.2
最低値	4.0	4.5
平均値	4.4	4.9