



| 送信器名称 CH番号 | ミキシング室1冷蔵庫①新 CHI | ミキシング室1恒温槽② CHI | ミキシング室1恒温槽③ CHI | 調剤室治験冷蔵庫④(新) CHI | 調剤室治験冷蔵庫⑤新 CHI | 調剤室治験冷蔵庫⑥ CHI |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| 収録データ数 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 |
| 欠損データ数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 測定間隔 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 |
| 最高値 | 23.9 | 20.2 | 20.3 | 20.9 | 21.4 | 21.3 |
| 最低値 | 23.2 | 19.2 | 19.3 | 19.0 | 18.9 | 19.8 |
| 平均値 | 23.5 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.7 | 20.6 |