



送信器名称 GH番号	治験薬保管室冷蔵庫A GH	ミキシング室1冷蔵庫② GH	ミキシング室1冷蔵庫③新 GH	ミキシング室1冷蔵庫⑤ GH	ミキシング室1冷蔵庫⑥ GH	ミキシング室1冷蔵庫⑦新 GH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2880	2880	2880	2880	2880	2880
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	6.3	4.7	4.3	6.3	5.3	5.3
最低値	3.4	3.2	3.3	5.3	4.0	3.1
平均値	4.8	4.0	3.5	5.8	4.8	3.4