



送信器名称 CH番号	ミキツカ室1冷蔵庫③ CHI	準備室1冷蔵庫③(新) CHI	準備室1冷蔵庫 CHI	準備室1冷蔵庫② CHI	調剤室治験冷蔵庫③(新) CHI	調剤室治験冷蔵庫② CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2880	2880	2880	2880	2880	2880
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	4.9	5.2	5.3	5.8	7.2	5.0
最低値	3.6	4.0	4.4	4.4	3.6	2.4
平均値	4.0	4.3	4.9	4.8	4.9	3.6