



送信器名称 CHI番号	ミキシング室1冷蔵庫の CHI	調剤室治験冷蔵庫の CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃
収録データ数	2976	2976
欠損データ数	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00
最高値	5.6	5.4
最低値	3.9	3.5
平均値	4.5	4.6