



送信器名称 GH番号	治験薬保管室冷蔵庫A GHI	ミキシング室1冷蔵庫② GHI	ミキシング室1冷蔵庫③新 GHI	ミキシング室1冷蔵庫④ GHI	ミキシング室1冷蔵庫⑤ GHI	ミキシング室1冷蔵庫⑥新 GHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2880	2880	2880	2880	2880	2880
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	6.2	4.9	3.9	5.6	4.8	4.1
最低値	3.7	3.0	3.0	4.7	3.6	2.7
平均値	4.8	3.9	3.3	5.2	4.1	3.2