



送信器名称 GH番号	ミツツカ室1冷蔵庫③ GH	準備室1冷蔵庫③(新) GH	準備室1冷蔵庫 GH	準備室1冷蔵庫② GH	調剤室治験冷蔵庫①(新) GH	調剤室治験冷蔵庫② GH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2880	2880	2880	2880	2880	2880
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	5.0	5.3	5.9	5.8	5.0	5.1
最低値	4.2	3.8	3.5	4.5	3.0	1.9
平均値	4.5	4.2	4.8	5.0	3.9	3.9